

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .10. tháng .3.. năm 2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

(V/v Mời chào giá Vật tư y tế năm 2023)

Kính gửi: **Các đơn vị cung cấp**

Bệnh viện Bình Dân có nhu cầu mua sắm các mặt hàng như trong phục lục đính kèm, để phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện, kính mời các đơn vị đang ký hợp đồng cung cấp hàng hóa với Bệnh viện và các đơn vị khác quan tâm, có khả năng cung cấp các mặt hàng phù hợp vui lòng gửi báo giá và hợp đồng tương tự theo mẫu đính kèm (Biểu 01 – Mẫu báo giá, Biểu 02 – Mẫu thông tin kết quả trúng thầu (nếu có)).

Đề nghị Quý công ty gửi File Excel Biểu 01, Biểu 02 và bản Scan tài liệu kèm theo đến địa chỉ mail p.vttbyt.bvbd@gmail.com. Đồng thời gửi bản giấy Biểu 01, Biểu 02 có đóng dấu và tài liệu kèm theo về địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Bình Dân. Địa chỉ: Số 371, Đường Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Tài liệu kèm theo bao gồm:

- Hợp đồng tương tự đã trúng thầu tại các đơn vị khác còn hiệu lực trong vòng 12 tháng có chứng thực hoặc sao y của công ty.
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Điện thoại liên hệ : 0908.311.744 (Ds. Nguyễn Đức Nghĩa – Phòng Vật tư - Thiết bị y tế)

Thời gian nhận báo giá: từ ngày .10../.3../2023 đến .15. giờ .00. ngày .20../.3../2023

Trân trọng ./.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: VT-TBYT

GIÁM ĐỐC *Nguyễn Ngọc Châu*
PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN NGỌC CHÂU

PHỤ LỤC

Đính kèm Công văn mời chào giá ngày 10. tháng 3.. năm 2023

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dây dao Harmonic xám HP054	Bộ phận truyền xung động siêu âm tương thích với máy GEN11 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA.	Cái	
2	Dao siêu âm dài 9cm, kết hợp với dây dao HPBLUE, công nghệ thích ứng mô.	Dao mổ siêu âm hàn, cắt mô, mạch máu, mổ mở với Công nghệ thích ứng mô, cán dài 9 cm, kết hợp với dây dao HPBLUE và máy phát chính GEN11 (máy cắt cầm máu kết hợp công nghệ siêu âm và công nghệ hàn mạch lưỡng cực tiên tiến) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	Cái	
3	Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi sử dụng nối pin 45mm	Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gấp góc sử dụng pin 45mm với công nghệ giữ mô bề mặt, đường kính cán 12mm, chiều dài cán 34cm, gấp góc mỗi bên 45 độ, hàm đe bằng thép đúc không gỉ, lưỡi dao hình chữ C làm bằng thép mác 400 không gỉ, công nghệ 3 điểm tiếp xúc. Chiều dài đường cắt 42mm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	Cái	
4	Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi sử dụng nối pin 60mm .	Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gấp góc sử dụng pin 60mm với công nghệ giữ mô bề mặt đường kính cán 12mm, chiều dài cán 34cm, gấp góc mỗi bên 45 độ, hàm đe bằng thép đúc không gỉ, lưỡi dao hình chữ C làm bằng thép mác 400 không gỉ, công nghệ 3 điểm tiếp xúc, độ mở hàm 22mm. Chiều dài đường cắt 57mm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	Cái	

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Dao siêu âm 5mm, dài 23cm, kết hợp với dây dao HP054, công nghệ thích ứng mô	Dao mổ siêu âm hàn, cắt mô, mạch máu với Công nghệ thích ứng mô, đường kính cán 5mm, chiều dài cán 23cm, kết hợp với dây dao Harmonic HP054 và máy phát chính GEN11 (máy cắt cầm máu kết hợp công nghệ siêu âm và công nghệ hàn mạch lưỡng cực tiên tiến) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	Cái	
6	Băng dạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng 45mm, kim bằng Titanium Alloy	Băng ghim 45mm màu trắng/xanh dương/vàng/xanh lá cây, công nghệ giữ mô bề mặt, 70 ghim làm bằng hợp kim titan với 6 hàng ghim, chiều cao ghim đóng 1.0-2.0mm, sử dụng cho mô mỏng/mạch máu, mô thường, mô thường/dày và mô dày Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	Cái	
7	Băng dạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng 60mm, kim bằng Titanium Alloy.	Băng ghim 60mm màu trắng/xanh dương/vàng/xanh lá cây, công nghệ giữ mô bề mặt, 88 ghim làm bằng hợp kim titan với 6 hàng ghim, chiều cao ghim đóng 1.0-2.0mm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	Cái	
8	Dụng cụ khâu cắt mạch máu nội soi 35mm sử dụng pin.	Dụng cụ khâu cắt nối nội soi gấp góc sử dụng pin dùng cho mạch máu 35mm, đường kính cán 9-12mm, chiều dài cán 32cm, gấp góc mỗi bên 50 độ, đầu cong, tù, rộng 7,0mm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	Cái	

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng 45mm, gập góc 45 độ	Dụng cụ khâu cắt nối nội soi gập góc 45mm, chiều dài cán 34cm, gập góc mỗi bên 45 độ, hàm đe bằng thép đúc không gỉ, lưỡi dao hình chữ C làm bằng thép mác 400 không gỉ, công nghệ 3 điểm tiếp xúc, độ mở hàm 22mm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	Cái	
10	Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng 60mm, gập góc 45 độ	Dụng cụ khâu cắt nối nội soi gập góc 60mm, chiều dài cán 34cm, gập góc mỗi bên 45 độ, hàm đe bằng thép đúc không gỉ, lưỡi dao hình chữ C làm bằng thép mác 400 không gỉ, công nghệ 3 điểm tiếp xúc, độ mở hàm 22mm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	Cái	
11	Băng đạn của dụng cụ khâu cắt mạch máu nội soi 35mm sử dụng pin.	Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối nội soi gập góc sử dụng pin dùng cho mạch máu 35mm màu trắng dùng cho mạch máu/ mô mỏng, 4 hàng ghim làm bằng titanium alloy, chiều cao ghim mở 2,5mm, chiều cao ghim đóng 1,0mm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	Cái	
12	Dụng cụ phẫu thuật trĩ Longo điều chỉnh chiều cao ghim đóng	Bộ dụng cụ khâu cắt nối vòng điều trị bệnh trĩ Proximate PPH, đường kính đầu 33mm, đường kính dao 24,4mm, 28 ghim titanium alloy, chân ghim dài 4mm, chiều cao ghim đóng điều chỉnh 0,75-1,5mm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	Cái	

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Dụng cụ khâu cắt nối vòng tự động điều chỉnh chiều cao ghim đóng dùng cho phẫu thuật nối ống tiêu hóa	Dụng cụ khâu cắt nối vòng đầu cong 21/25/29/33mm, chiều dài cán 18cm, đường kính ngoài của dao 12.4/16.5/20.4/24.4mm, chiều cao ghim mở 5,2mm, tự động điều chỉnh chiều cao ghim đóng từ 1,5-2,2mm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA	Cái	
14	Ống ngoài trocar nhựa không dao có rãnh cố định	Ống ngoài trocar không dao 5-12mm, thân dài 100mm, trong suốt có rãnh cố định giúp giảm thiểu việc tuột trocar. Van giữ khí bên gồm 4 mảng xếp chồng lên nhau không cần nắp giảm rò khí, thích hợp với các kích thước khác nhau của dụng cụ (4.7-12.9mm). Chiều dài của đầu nối khí dài 0.430 inches.	Cái	
15	Dụng cụ hỗ trợ khâu mũi túi	Dụng cụ hỗ trợ khâu mũi túi sử dụng nhiều lần.	Cái	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

Tên công ty:
 Địa chỉ:
 Số điện thoại:
 Mail:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Bình Dân

Stt	Tên Vật tư y tế - Hóa chất	Tên thương mại của hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói	Mã hiệu	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất	Phân nhóm (TT 14)	Phân nhóm theo Quyết định 5086/BYT ngày 04/11/2021)	Đơn giá báo giá (đã bao gồm VAT)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	AAA	A	A									
2	BBB	B	B									
3	CCC	C	C									
4									
n									
...									

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: Cấu hình, tính năng kỹ thuật theo Catalog hoặc Tài liệu Kỹ thuật của Nhà sản xuất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên công ty:
 Địa chỉ:
 Số điện thoại:
 Mail:

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày .. tháng .. năm 2023

BẢNG THÔNG TIN TRÚNG THẦU VẬT TƯ Y TẾ - HÓA CHẤT

Kính gửi: Bệnh viện Bình Dân

Stt	Stt theo bảng báo giá	Tên Vật tư y tế - Hóa chất	Tên thương mại của hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói	Mã hiệu	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất	Phân nhóm (TT 14)	Thông tin kết quả trúng thầu trong vòng 12 tháng trước							
											Tên thương mại của hàng hóa	Số QĐ và ngày ban hành QĐ	Số HĐ và ngày HĐ	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Tên đơn vị mua sắm	Số lượng trúng thầu	Đơn giá trúng thầu	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	AAA	A	A	A	A	A	A	A	A	Thông tin kết quả trúng thầu gần nhất: A(1)							
2	BBB	B	B	B	B	B	B	B	B	Thông tin kết quả trúng thầu gần nhất: B(1)							
3	CCC	C	C	C	C	C	C	C	C	Thông tin kết quả trúng thầu gần nhất: C(1)							
4										Thông tin kết quả trúng thầu gần nhất: C(2)							
...																	
n																	

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
 [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

- Ghi chú: - Thông tin kết quả trúng thầu không lấy kết quả của Bệnh viện Bình Dân.
 - Thông tin kết quả trúng thầu thứ tự ưu tiên hình thức đấu thầu rộng rãi, mua sắm trực tiếp.
 - Thông tin kết quả trúng thầu lấy thứ tự ưu tiên địa bàn TP.HCM, địa bàn khác.
 - Quý công ty gửi lại cho Bệnh viện: Thông báo trúng thầu hoặc thư chấp thuận + Hợp đồng (đóng dấu sao y công ty) theo số Quyết định và ngày ban hành Quyết định đã cung cấp