

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

(V/v Mời chào giá Vật tư y tế năm 2023)

Kính gửi: **Các đơn vị cung cấp**

Bệnh viện Bình Dân có nhu cầu mua sắm các mặt hàng như trong phụ lục đính kèm, để phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện, kính mời các đơn vị đang ký hợp đồng cung cấp hàng hóa với Bệnh viện và các đơn vị khác quan tâm có khả năng cung cấp các mặt hàng phù hợp, vui lòng gửi báo giá và hợp đồng tương tự theo mẫu đính kèm (Biểu 01 – Mẫu báo giá, Biểu 02 – Mẫu thông tin kết quả trúng thầu (nếu có)).

Đề nghị Quý công ty gửi File Excel Biểu 01, Biểu 02 và bản Scan tài liệu kèm theo đến địa chỉ mail p.vttbyt.bvbd@gmail.com. Đồng thời gửi bản giấy Biểu 01, Biểu 02 có đóng dấu và tài liệu kèm theo về địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Bình Dân. Địa chỉ: Số 371, Đường Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Tài liệu kèm theo bao gồm:

- Hợp đồng tương tự đã trúng thầu tại các đơn vị khác còn hiệu lực trong vòng 12 tháng có chứng thực hoặc sao y của công ty.
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Yêu cầu về báo giá:

- Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 06 tháng;
- Yêu cầu về giá chào: Đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng, chi phí bảo hành và các yêu cầu khác.

Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá:

Quý công ty gửi file Excel và bản Scan tài liệu kèm theo đến địa chỉ mail: p.vttbyt.bvbd@gmail.com. Đồng thời gửi bản giấy và tài liệu kèm theo (có ký tên, đóng dấu) về địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Bình Dân, Địa chỉ: 371 Đường


Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Người liên hệ: Ds. Nguyễn Đức
Nghĩa – Điện thoại nội bộ: (0283).832.7714.

Thời gian nhận báo giá: từ ngày 14./04./2023 đến 15 giờ 00. ngày 20./04./2023

Trân trọng ./.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: VT-TBYT



LƯƠNG THANH TÙNG

PHỤ LỤC

Đính kèm Công văn mời chào giá ngày 11.. tháng 04. năm 2023

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kéo cắt cong đơn cực dùng trong phẫu thuật nội soi Robot	Dụng cụ dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot. Góc mở đầu tip: 0 - 38 độ. Chiều dài đầu tip: 1,3cm ± 5%. Tổng chiều dài dụng cụ: 55,9cm ± 5%. Số lần sử dụng: ≥ 10 lần.	Cái	
2	Kẹp lưỡng cực có lỗ thủng dùng trong phẫu thuật nội soi Robot	Dụng cụ dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot. Góc mở đầu tip: 0-45 độ. Chiều dài đầu tip: 2,1cm ± 5%. Tổng chiều dài dụng cụ: 55,9cm ± 5%. Số lần sử dụng: ≥ 10 lần.	Cái	
3	Kẹp lưỡng cực Maryland dùng trong phẫu thuật nội soi Robot	Dụng cụ dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot. Góc mở đầu tip: 0-45 độ. Chiều dài đầu tip: 2,0cm ± 5%. Tổng chiều dài dụng cụ: 55,8cm ± 5%. Số lần sử dụng: ≥ 10 lần.	Cái	
4	Kẹp Prograsp dùng trong phẫu thuật nội soi Robot	Dụng cụ dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot. Góc mở đầu tip: 0-38 độ. Chiều dài đầu tip: 2,8cm ± 5%. Tổng chiều dài dụng cụ: 56,2cm ± 5%. Số lần sử dụng: ≥ 10 lần.	Cái	

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Kim kẹp kim to dùng trong phẫu thuật nội soi Robot	Dụng cụ dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot. Góc mở đầu tip: 0-30 độ. Chiều dài đầu tip: 1,0cm ± 5%. Tổng chiều dài dụng cụ: 54,4cm ± 5%. Số lần sử dụng: ≥ 10 lần.	Cái	
6	Màn phủ cánh tay Camera dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi Robot	Bao bọc cánh tay camera dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot.	Bộ	
7	Màn phủ đầu Camera dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi Robot	Bao bọc đầu camera dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot.	Bộ	
8	Màn phủ cánh tay dụng cụ robot dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi Robot	Bao bọc cánh tay dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot.	Bộ	
9	Phụ kiện gắn đầu kéo đốt đơn cực dùng trong phẫu thuật nội soi Robot	Phụ kiện gắn đầu kéo đốt đơn cực dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot.	Cái	

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Bộ nguồn sáng cho hệ thống Robot phẫu thuật nội soi	Bộ nguồn phát sáng dùng trong hệ thống robot phẫu thuật nội soi. Thời gian sử dụng: ≥ 1000 giờ	Bộ	
11	Móc đốt vĩnh viễn dùng trong phẫu thuật nội soi Robot	Móc đốt vĩnh viễn dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot. Chiều dài đầu tip: 1.6 cm. Tổng chiều dài dụng cụ: 55.2 cm. Số lần sử dụng: 10 lần	Cái	
12	Nòng trocar đầu tù 8mm dùng trong phẫu thuật nội soi Robot	Nòng trocar đầu tù dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot. Đường kính: 8 mm \pm 5%	Cái	
13	Nắp trocar 8mm dùng trong phẫu thuật nội soi Robot	Nắp trocar 8mm dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot.	Cái	
14	Ống kính nội soi 12mm, 0 độ dùng trong phẫu thuật nội soi Robot	Ống kính nội soi 0 độ dùng trong hệ thống robot phẫu thuật nội soi. Đường kính: 12 mm	Cái	

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Ống kính nội soi 12mm, 30 độ dùng trong phẫu thuật nội soi Robot	Ống kính nội soi 30 độ dùng trong hệ thống robot phẫu thuật nội soi. Đường kính: 12 mm	Cái	
16	Bộ cấy ghép thể hang nhân tạo	<p>Bộ cấy ghép thể hang nhân tạo (gồm: Titan Touch + Titan Reservoir + Bộ lắp ráp hỗ trợ thể hang nhân tạo):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Titan Touch có lớp phủ ưa nước giúp hỗ trợ vị trí trong phẫu thuật, đầu cylinder với góc vào 0 độ, tip được làm bằng silicone - Titan Reservoir được thiết kế khóa Lock-out giúp giảm tự động bơm nước. 	Bộ	