

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2023



## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bình Dân có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư y tế năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bình Dân.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Phòng Vật tư - Thiết bị y tế - Bệnh viện Bình Dân.
  - Địa chỉ: Số 371, Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3.
  - Ds. Nguyễn Đức Nghĩa – Điện thoại nội bộ: (0283).832.7714.
  - Địa chỉ email: [p.vttbyt.bvbd@gmail.com](mailto:p.vttbyt.bvbd@gmail.com).

### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Đề nghị Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam gửi bản giấy báo giá có đóng dấu và gửi kèm theo bảng mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế về địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế Bệnh viện Bình Dân. Địa chỉ: Số 371, Đường Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh và đồng thời gửi File Excel báo giá đến địa chỉ email: [p.vttbyt.bvbd@gmail.com](mailto:p.vttbyt.bvbd@gmail.com).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 13 tháng 10 năm 2023 đến trước 9h00 ngày 23 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Vật tư y tế: (Chi tiết phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Bình Dân - Địa chỉ: Số 371, Đường Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Trân trọng ./.

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu: VT-TBYT



## PHỤ LỤC

(Đính kèm công văn yêu cầu báo giá ngày 13 tháng 10 năm 2023)

STT	Danh mục vật tư y tế	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
1	Kéo cắt cong đơn cực dùng trong phẫu thuật nội soi Robot	Dùng cụ dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot. Góc mở đầu tip: 0 - 38 độ. Chiều dài đầu tip: 1,3cm ± 5%. Tổng chiều dài dụng cụ: 55,9cm ± 5%. Số lần sử dụng: ≥ 10 lần.	Cái	60
2	Kẹp lưỡng cực có lỗ thủng dùng trong phẫu thuật nội soi Robot	Dùng cụ dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot. Góc mở đầu tip: 0-45 độ. Chiều dài đầu tip: 2,1cm ± 5%. Tổng chiều dài dụng cụ: 55,9cm ± 5%. Số lần sử dụng: ≥ 10 lần.	Cái	60
3	Kẹp lưỡng cực Maryland dùng trong phẫu thuật nội soi Robot	Dùng cụ dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot. Góc mở đầu tip: 0-45 độ. Chiều dài đầu tip: 2,0cm ± 5%. Tổng chiều dài dụng cụ: 55,8cm ± 5%. Số lần sử dụng: ≥ 10 lần.	Cái	15
4	Kẹp Prograsp dùng trong phẫu thuật nội soi Robot	Dùng cụ dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot. Góc mở đầu tip: 0-38 độ. Chiều dài đầu tip: 2,8cm ± 5%. Tổng chiều dài dụng cụ: 56,2cm ± 5%. Số lần sử dụng: ≥ 10 lần.	Cái	75
5	Kim kẹp kim to dùng trong phẫu thuật nội soi Robot	Dùng cụ dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot. Góc mở đầu tip: 0-30 độ. Chiều dài đầu tip: 1,0cm ± 5%. Tổng chiều dài dụng cụ: 54,4cm ± 5%. Số lần sử dụng: ≥ 10 lần.	Cái	140
6	Màn phụ cánh tay Camera dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi Robot	Bao bọc cánh tay camera dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot.	Bộ	270
7	Màn phụ đầu Camera dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi Robot	Bao bọc đầu camera dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot.	Bộ	270
8	Màn phụ cánh tay dùng cụ robot dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi Robot	Bao bọc cánh tay dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot.	Bộ	270
9	Phụ kiện gắn đầu kéo đốt đơn cực dùng trong phẫu thuật nội soi Robot	Phụ kiện gắn đầu kéo đốt đơn cực dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot.	Cái	600

STT	Danh mục vật tư y tế	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về Kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
10	Bộ nguồn sáng cho hệ thống robot phẫu thuật nội soi	Bộ nguồn phát sáng dùng trong hệ thống robot phẫu thuật nội soi. Thời gian sử dụng: $\geq 1000$ giờ	Bộ	1
11	Móc đốt vĩnh viễn dùng trong phẫu thuật nội soi Robot	Móc đốt vĩnh viễn dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot. Chiều dài đầu tip: 1.6 cm. Tổng chiều dài dụng cụ: 55.2 cm. Số lần sử dụng: 10 lần	Cái	15
12	Nòng trocar đầu tù 8mm dùng trong phẫu thuật nội soi Robot	Nòng trocar đầu tù dùng trong hệ thống phẫu thuật nội soi robot. Đường kính: 8 mm $\pm$ 5%	Cái	2
13	Ống kính nội soi 12mm, 0 độ dùng trong phẫu thuật nội soi Robot	Ống kính nội soi 0 độ dùng trong hệ thống robot phẫu thuật nội soi. Đường kính: 12 mm	Cái	1
14	Ống kính nội soi 12mm, 30 độ dùng trong phẫu thuật nội soi Robot	Ống kính nội soi 30 độ dùng trong hệ thống robot phẫu thuật nội soi. Đường kính: 12 mm	Cái	1
15	Dụng cụ đóng mạch máu bằng chi ngoại khoa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đóng mạch bằng chi tạo sẵn</li> <li>- Chỉ định cho sử dụng lồng vào đóng mạch đùi 5F đến 21F; cho lồng vào tĩnh mạch đùi 5F đến 24F</li> <li>- Không cần trở tiếp cần trở lại sau khi sử dụng dụng cụ đóng mạch</li> <li>- Sửa chữa bằng chi có thể đánh giá và xác nhận ngay tại bàn</li> <li>- Có khả năng duy trì đường vào dây dẫn</li> </ul>	Cái	30
16	Dụng cụ nút mạch bằng dù	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dùng nút mạch cho khu vực ngắn</li> <li>- Thiết kế nhỏ gọn</li> <li>- Tương thích ống thông can thiệp hoặc dụng cụ mở đường: Tương thích với dụng cụ mở đường 4-6F hoặc ống thông can thiệp 5-8F tùy thiết bị</li> <li>- Khoảng mạch điều trị được là: 2.5-12.5 mm</li> <li>- Đường kính dù: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm; Chiều dài khi không ép: 7, 8 mm</li> </ul>	Cái	10

STT	Danh mục vật tư y tế	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
17	Dù dạng lưới kim loại tự nở thể mới loại 2 cánh, để bít các đường rò bất thường	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tắc mạch nhanh: Thiết kế lưới Nitinol nhiều cuộn, đa lớp mang đến tắc mạch nhanh trong lòng mạch</li> <li>- Chính xác vị trí: Nhiều điểm tiếp xúc với thành mạch cho chính xác vị trí trong mạch có dòng chảy vừa và mạnh</li> <li>- Tương thích ống thông can thiệp hoặc dụng cụ mở đường : Tương thích dụng cụ mở đường 4-7F hoặc ống thông can thiệp 5-9F tùy vào kích thước thiết bị</li> <li>-Khoảng mạch điều trị được là: 2.0 -17 mm</li> <li>-Đường kính dù: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm; Chiều dài khi không ép: 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18 mm</li> </ul>	Cái	10
18	Kim bàng quang loại dài	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chiều dài: 70 cm</li> <li>Đường kính kim: 4,8 Fr</li> <li>Đầu kim: góc chính xác và đầu 3 góc xiên để giảm thiểu lực cản thiết để đâm thủng.</li> <li>Đầu kim có thể điều chỉnh được 0,2,3,4 và 5mm để điều chỉnh thích hợp với độ dày thành bàng quang</li> </ul>	Cái	36



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BẢO GIÁ**

Tên công ty: .....  
Địa chỉ: .....  
Số điện thoại: .....  
Mail: .....

Kính gửi: Bệnh viện Bình Dân

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bình Dân, chúng tôi...[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp, trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất như sau:

1. Báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất và dịch vụ liên quan

Stt	STT (trong yêu cầu báo giá) (1)	Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất (2)	Tên thương mại của Vật tư y tế - Hóa chất	Tính năng, thông số kỹ thuật (3)	Đơn vị tính	Mã HS (4)	Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) (5)	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lượng/ khối lượng (6)	Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) (VNĐ) (7)	Ghi chú
1												
2												
3												
n		...	...	.....								

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngày ... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các Vật tư y tế - Hóa chất nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..... ngày ..... tháng ..... năm 2023

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (8)

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

**Ghi chú:**

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi STT theo đúng yêu cầu ghi tại cột "STT" trong Yêu cầu báo giá.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại Vật tư y tế - Hóa chất theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất" trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật theo tài liệu liên quan của Vật tư y tế - Hóa chất

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng Vật tư y tế - Hóa chất

(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của Vật tư y tế - Hóa chất tương ứng với chủng loại Vật tư y tế - Hóa chất ghi tại cột "Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất".

(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá báo giá cho từng Vật tư y tế - Hóa chất. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng Vật tư y tế - Hóa chất (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.